UrgoStart

TECHNOLOGY TLC NOSF LIPIDO-COLLOÏD

Apósito matricial absorbente Lípido-coloidal no adhesivo e impregnado de NOSF

Presentación en sobre estéril individual suministrados por cajas.

TAMAÑOS	U/C	C. N.
10 x 10 cm	10	161863.4
15 x 15 cm	10	161864.1
15 x 20 cm	10	161865.8

www.urgomedical.es

URGO MEDICAL

DESCRIPCIÓN

Urgostart es una matriz absorbente producto de la Tecnología Lípido-coloide (TLC), innovación exclusiva patentada por los Laboratorios URGO.
Urgostart es un apósito matricial absorbente, no adhesivo y no oclusivo formado por 3 capas:
• Una matriz lípido-coloide microadherente, impregnada de una solución polimérica de carboximetilcelulosa, componentes lipídicos y NOSF.
• Una compresa de espuma de poliuretano super-absorbente no sensibilizante.
• Un soporte protector de poliuretano.
PRESENTACIÓN: Acondicionamiento en sobre individual estéril listo para su uso.
MODO DE ESTERILIZACIÓN: Radio-esterilización.

PROPIEDADES

• En contacto con los exudados, la TLC combinada con el NOSF confiere a la matriz propiedades únicas que permiten iniciar un proceso de cicatrización óptimo.
• En contacto con el exudado, el NOSF forma un gel que se une preferentemente con las zonas lesionadas e interactúa con el micro-ambiente de la lesión.
• NOSF limita la acción negativa de las Metaloproteasas Matriciales y favorece la acción de los factores de crecimiento.
• La combinación TLC-NOSF permite restablecer condiciones favorables para la activación de la granulación y epitelización en las lesiones crónicas.
• Es posible utilizarlo bajo un vendaje, compresivo o no, gracias a que retiene los exudados incluso bajo presión.
• La compresa de poliuretano garantiza un drenaje óptimo de los exudados, protegiendo la piel contra la maceración.

INDICACIONES

•Urgostart está indicado para el tratamiento de heridas exudativas crónicas (U.P.P., úlceras vasculares, pie diabético), después de su detersión.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

MODO DE EMPLEO:
1 - Preparación de la herida:
• Limpiar la herida según el protocolo habitual de cuidados y después aclarar con suero fisiológico.
2 - Aplicación del apósito:
• Retirar las aletas de protección.
• Aplicar el apósito Urgostart sobre la herida.
• Aplicar una banda de fijación si fuera necesario, y después una banda de contención si ha sido prescrita.
3 - Renovación del apósito:
• La renovación del apósito Urgostart se hará cada 3 a 4 días, en función del exudado, y podrá ser más espaciada en función de la herida tratada y de su evolución.
• El soporte es flexible y conformable; permite que el apósito alcance una buena forma, adaptándose a los relieves anatómicos de la lesión.
PRECAUCIONES DE EMPLEO:
• En heridas con síntomas de colonización bacteriana importante, se aconseja tratar previamente el componente bacteriano antes de iniciar el tratamiento con Urgostart.
• En caso de una úlcera atípica que presente induración o un exceso de germinaci6n localizados, el tratamiento con Urgostart no será iniciado más que después de haber verificado la ausencia de degeneración de la úlcera, con objeto de no retrasar el diagnóstico.
• Se han descrito sensaciones eventuales de picores, e incluso sensaciones dolorosas, principalmente al inicio del tratamiento con Urgostart ; estos síntomas no justifican la suspensión del tratamiento más que en muy raras ocasiones.
• No volver a esterilizar el apósito.
• Conservar los apósitos Urgostart horizontales, protegidos de la humedad, del calor (temperaturas inferiores a 25º) y de la luz.
• Tiempo de conservación: 3 años.

ESTATUS REGLAMENTARIO

• Producto sanitario de clase IIb.

• Incluido en la Lista de Productos Reembolsados.